

Nachweisgrenzen in der Praxis

Strahlungstyp	Geräte-Typ	Meßschwelle
γ -Strahlung	Zählrohre	ca. 0,2 $\mu\text{Sv/h}$
	Szintillationsdetektoren	ca. 0,01 $\mu\text{Sv/h}$
n-Strahlung	Rem-Counter	ca. 10 $\mu\text{Sv/h}$
	Bubble-Detektoren	ca. 10 μSv
	Albedo-Dosimeter	ca. 100 μSv